PHILIPS
RESPIRONICS

OptiChamber Diamond

Je inhalator met een voorzetkamer gebruiken

Voorzetkamers worden samen met je inhalator gebruikt om je medicatie eenvoudiger in je longen te krijgen. Ze kunnen door mensen van alle leeftijden worden gebruikt. Tucker gebruikt altijd een kamer bij zijn inhaleertoestel. Denk eraan dat een volwassene je moet helpen bij het gebruiken en schoonmaken van jouw voorzetkamer.

Alles klaarzetten

1. Verwijder de dop van je inhalator en plaats het mondstuk in de opening van het rubberen uiteinde van de voorzetkamer.



Als je een gezichtsmasker gebruikt
– Bevestig deze stevig op het mondstuk.

2. Schudt de inhalator met voorzetkamer 4 tot 5 maal.

3. Plaats uw lippen om het mondstuk zodat een goede afsluiting ontstaat. Adem uit.

Je medicatie nemen

4. Zodra je rustig inademt door je mond, druk je de inhalator één keer naar beneden.
5. Blijf langzaam en zo diep mogelijk inademen. Adem langzamer in als de waarschuwingstoon voor ademflow klinkt.
6. Houd je adem in terwijl je tot 10 telt en adem daarna uit.
7. Als je arts wil dat je nog een puf neemt, doe dit dan.

Als je een gezichtsmasker gebruikt
– Houd deze tegen je mond en neus gedrukt. Spray één puf aan medicatie in de kamer en adem 6 ademteugen in en uit door je mond.

Je voorzetkamer reinigen

1. Was je voorzetkamer één keer per week.
2. Verwijder de dop van het mondstuk.

3. Draai het mondstuk en til dit op.



Verwijder de dop van het uiteinde.

4. Laat deze onderdelen 10 minuten in een warm sopje weken.

5. Spoel de onderdelen met schoon water en laat ze drogen.
6. Plaats de onderdelen terug en bewaar de kamer op een veilige, droge plaats.

© 2017 Philips N.V. Alle rechten worden voorbehouden.
Philips Healthcare behoudt zich het recht voor om, onaangekondigd en zonder verdere verplichtingen, wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of op een willekeurig moment de verkoop van een willekeurig product te beëindigen en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie.

PHILIPS

www.philips.com/asthma

YL 10/31/17 PN501139